




โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่
SUNG MEN HOSPITAL PHRAE

WI - OR - 013 - 00

วิธีปฏิบัติงาน
เรื่อง

การป้องกันเครื่องมือ เวชภัณฑ์หมดอายุ

โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่

	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	วัน/เดือน/ปี
ผู้จัดทำ	นายอุดมศักดิ์ ถือแก้ว (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)		11 พ.ย. 64
ผู้ตรวจทาน	นายอุดมศักดิ์ ถือแก้ว (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)		11 พ.ย. 64
ผู้อนุมัติ	นางสุรีย์รัตน์ สุกันธมาลา (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)		11 พ.ย. 64

วันที่ประกาศใช้


สำเนาฉบับที่

A

เอกสาร

[] ควบคุม

[] ไม่ควบคุม



สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
1. วัตถุประสงค์	3
2. ขอบเขต	3
3. ผู้รับผิดชอบ	3
4. คำจำกัดความ	3
5. วิธีปฏิบัติ	3
6. เครื่องชี้วัดคุณภาพ	3
7. เอกสารอ้างอิง	4
8. ภาคผนวก	4

การควบคุมระบบเอกสารคุณภาพ

ประวัติการแก้ไข

จำนวนทั้งหมด 4 หน้า

[illegible]

 โรงพยาบาลศิริราช SURIRAJ HOSPITAL PHRAE	วิธีปฏิบัติงาน				ฉบับที่	A	หน้า 3 จาก 4
	เรื่อง	การป้องกันเครื่องมือ เวชภัณฑ์หมดอายุ			เลขที่	WI - OR - 013 - 00	
	ผู้จัดทำ	ห้องผ่าตัด	วันที่เริ่มใช้	11 พ.ย. 67	ผู้อนุมัติ	นางสุริย์รัตน์ สุนันธมาลา	

การป้องกันเครื่องมือ เวชภัณฑ์หมดอายุ

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ยา หมดอายุ ไม่เสื่อมคุณภาพ ปลอดภัยในการให้บริการกับผู้ป่วยผ่าตัด และให้ยาระงับความรู้สึก เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันในเรื่องการตรวจเช็คของหมดอายุ การเก็บ การหยิบของใช้

2. ขอบเขต

แนวทางการปฏิบัติงานตามเอกสารคุณภาพฉบับนี้ใช้สำหรับงานการพยาบาล แผนกงานผ่าตัด

3. ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่หน่วยงานห้องผ่าตัดและวิสัญญี

4. คำจำกัดความ

น้ำยาฆ่าเชื้อ หมายถึง สารเคมีที่ทำลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ใช้กับผิวหนังหรือเยื่อเมือกของสิ่งมีชีวิต (ใช้ภายนอกร่างกาย) โดยที่ไม่อันตรายต่อเนื้อเยื่อบริเวณนั้น

5. วิธีปฏิบัติ

การเช็คของหมดอายุ

- เจ้าหน้าที่ตรวจเช็ควันหมดอายุของ set เครื่องมือ ทุกวัน เครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ยาระงับความรู้สึก ทุกสัปดาห์ หากใกล้ถึงวันหมดอายุ จะเขียนขึ้นกระดานเตือนไว้ เภสัชกรเข้าตรวจเช็ควันหมดอายุของยาในห้องผ่าตัดทุก 3 เดือน

- ยาเมื่อหมดอายุ ส่งคืนห้องยา

การจัดเรียงของแบบ First in First out

- เครื่องมือ sterile ทุกชิ้น จะมีวันผลิต วันหมดอายุชัดเจน
- เรียงตามขวาง คือ Set sterile ที่หมดอายุก่อน จะอยู่ขวามือ
- เรียงจากหน้าไปหลัง คือ Set sterile ที่หมดอายุก่อน จะอยู่หน้าสุด
- การหยิบใช้ set sterile ตามหลัก First in First out ให้หยิบจากหน้าไปหลัง และ หยิบจากขวาไปซ้ายตามลำดับการหมดอายุ

6. เครื่องชี้วัดคุณภาพ

ไม่มีเครื่องมือ เวชภัณฑ์หมดอายุในห้องผ่าตัด จัดเรียงเครื่องมือตามหลัก FIFO

